Aspirador

DC1000/C

codigo: 214590.C

rev. 1 - fecha 01/04/2007

Descripción general	El DC1000/C es un aspirador eléctrico sobre carro, de nueva conception. Ello està equipado de 2 soportes para vasos de 2 o 4 litros y una barra perimetral qui permìte el alojamiento de cualquier tipo de jarra, sterilizable o desechable. El sistema puede funcionar tambien con una fuente de vacìo externa en caso de necesidad. El sistema està equipado de una jarra intermedia de seguridad para proteger la bomba.
Uso destinado	El DC1000/C es un aspirador móvil para uso en cirugía oral, nasal, traqueal, aspiración endocavitaria, para histerosucciones y aspiración genérica.
Generación de aspiración	Bomba de vacío de 2m^3/h
Aspiración max.	22 - 30 L/min.
Regulación de vacío	De 0 a – 0.9 bar
Manómetros de vacío	N° 1 manómetro de vacío de 0 a –1 bar / N° 2 manómetros de vacío (opcional)
Fuente de energía eléctrica	220 Vac 50 ÷ 60 Hz / (110 Vac opcional)
Consumo de energía	200 W
Regolazione vuoto	Regulador de precisiòn con interruptor on/off
Dispositivos de seguridad	Jarra intermedia de 300 ml de proteciòn

Interfase de Usuario	Indicador de vacìo Botón y perillas de control
Dimensiones	57 x 85 x 54 (L x H x P) cm
Peso	20 Kg
Transportabilidad	Sistema en carro con 4 ruedas giratorias
Jarras (opcionales)	Jarra de 4 litros, removibles y autoclavables Jarra de 2 litros, removibles y autoclavables Kit de bolsas desechables para jarras de 2 litros (paquete de 50 bolsas)
Control Remoto (opcional)	Pedal neumático para control remoto
Accesorios suministrados	• Manual del usuario • Cable de alimentación eléctrica (código G30105100)
CEI Clase y tipo	Clase 1 Tipo B
Clasificación Dir. 93/42	Clase IIa
Conformidad con Normas	IEC 601-1, IEC 601-1-2, EN ISO 10079-1, Dir.ve 93/42 EEC, CEI 64-8/7
Condiciones de Ambiente	Temperaturas de 10 a 40 °C Humedad relativa de 10 a 90% sin condensación
Ruido	40 dB

SIARE aplica el sistema de calidad UNI EN ISO 13485:2004 y Dir.va 93/42/CEE.

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.
Via Pastore, 18 40056 Crespellano Bologna – ITALY
Tel : +39 051 969802 - Fax : +39 051 969366
E-mail : mail@siare.it - http://www.siare.it